

Przedmiot zamówienia: **Strefowe zespoły kontrolno-alarmowe (skrzynki) i sygnalizatory stanu gazów medycznych**

Nazwa producenta: _____

Typ: _____

Rok produkcji: _____

Ilość: **Strefowy zespół kontrolno-alarmowy dla 3 gazów: 2 kpl.**

Sygnalizator alarmowy stanu gazów medycznych dla 3 gazów: 2 kpl.

L.p.	Opis parametrów technicznych	Parametr wymagany	Wartość oferowana – wypełnia Wykonawca
1	Zamykanie i otwieranie przepływu gazów medycznych będących pod ciśnieniem w poszczególnych instalacjach	TAK	
2	Sygnalizatory z kolorowym wyświetlaczem LCD, montowane na drzwiczkach strefowego zespołu kontrolnego lub w puszcze podtynkowo	TAK	
3	Pomiar ze wskazaniem bieżącym ciśnienia i podciśnienia gazów medycznych z wykorzystaniem dotykowego wyświetlacza LCD. Rozdzielczość wskazań: 10kPa i niższa.	TAK	
4	Generowanie sygnałów dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej i przekazywanie sygnałów zmian ciśnienia do sygnalizatorów.	TAK	
5	Sygnalizowanie w sposób optyczny i akustyczny stanów alarmowych (przekroczenie ciśnienia max. i min).	TAK	
6	Uzyskanie tolerancji pomiaru ciśnienia przez czujnik, nie przekraczającej 3%.	TAK	
7	Przylącze do zasilania awaryjnego z butli dla obsługiwanego obszaru w przypadku awarii centralnego zasilania w gazy medyczne.	TAK	
8	Montaż podtynkowy zespołów kontrolno-alarmowych (skrzynek)	TAK	
9	Zespoły kontrolno-alarmowe (skrzynki) wyposażone w sygnalizator stanu gazów wykonany w technice mikroprocesorowej z wyświetlaczem LCD min 5" i panelem dotykowym przystosowane do współpracy z zewnętrznymi sygnalizatorami	TAK	
10	Sygnalizatory (zewnętrzny) stanu gazów wykonany w technice mikroprocesorowej z wyświetlaczem LCD min 5"	TAK (podać wielkość wyświetlacza)	
11	Aprobata CE dla wyrobu medycznego zgodnie z 93/42/EEC dla układu (załączyć)	TAK (załączyć)	

12	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
13	Karta gwarancyjna z min. 24 miesiące gwarancji liczonej od dnia uruchomienia	TAK	
14	Rejestracja/Zgłoszenie w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie jako wyrób medyczny klasy IIb.	TAK	

UWAGA !

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.