



Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice

Regon 291141752, NIP 6641873185, KRS 0000001257

Tel. (41) 273 91 13 Fax. (41) 273 92 29

www.szpital.starachowice.pl email: info@szpital.starachowice.pl



Numer sprawy P/54/12/2018/OB

Starachowice dn. 16.01.2019r.

Wykonawcy postępowania

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie „przetargu nieograniczonego”
/ogłoszenie w BZP nr 498722-N-2019 z dnia 08.01.2019r./
na dostawę opatrunków, plastrów i innych wyrobów medycznych
dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach**

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” – (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 1 poz. 3

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej tkanej posiadającej w swoim składzie poliuretan, poliamid oraz bawełnę, pakowanej w opakowanie z dwiema zapinkami? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Pakiet nr 2 poz. 1

zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w celu oceny jakości Zamawiający oczekuje zaoferowania wraz z ofertą 3 mb gazy? Nasze pytanie wynika z faktu, iż jednostką miary jest mb, Zamawiający oczekuje zaoferowania 3 szt. próbek, a nasze opakowanie handlowe wynosi 100 mb wyrobu.

Ad.2: Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty próbki w postaci 3 mb gazy.

Pytanie nr 3:

Pakiet nr 2 poz. 4

zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w celu oceny jakości Zamawiający oczekuje zaoferowania wraz z ofertą 3 kg ligniny bielonej? Nasze pytanie wynika z faktu, iż jednostką miary jest kg, Zamawiający oczekuje zaoferowania 3 szt. próbek a nasze opakowanie handlowe wynosi 3 x 5 kg wyrobu.

Ad.3: Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty próbki w postaci 3 kg ligniny bielonej.

Pytanie nr 4:

Pakiet nr 2 poz. 6

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do nieinwazyjnego zamykania ran pakowanych w opakowania handlowe 50 x (1 x 3 szt.)? i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje wyceny 60 op. 50 x (1 x 3 szt.)?

Ad.4: Tak Zamawiający oczekuje 60 op. 50x(1x3szt.).

Pytanie nr 5:

Pakiet nr 3 poz. 10

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydroaktywnego z warstwą hydrożelu, z pianką poliuretanową? Pozostałe parametry bez zmian..

Ad.5: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Pakiet nr 5 poz. 4

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu włókninowego o gramaturze 30 g/m2, pakowanego w opakowanie 25 x 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.6: Zamawiający nie dopuszcza.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70. Szczegóły obowiązkowo informacyjnego są dostępne na stronie www.szpital.starachowice.pl.

Pytanie nr 7:

Pakiet nr 9 poz. 3

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowego rękawa elastycznego na tułów dziecka, głowę dorosłego o szerokości ok 6,5 cm w stanie nierozciągniętym? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.7: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dotyczy projektu umowy:

§ 9, ust. 1-2 wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §9 ust. 1a do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy;
- §9 ust. 1b do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej/ niezgodnej części zamówienia;
- §9 ust. 2 do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odnosnie §9 ust. 1b Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie, zdaniem Wykonawcy, prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. Ze względu na fakt, że załączone do SIWZ Istotne postanowienia umowy dopuszczają po stronie Zamawiającego możliwość realizacji umowy w częściach, nie ograniczając ilości ani minimalnej wartości zamówień częściowych, a zastrzegając jednocześnie odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie w realizacji zamówienia częściowego, skorelowaną wartościowo z całością zamówienia stanowiącego przedmiot umowy, istnieje ogromne ryzyko, że kara umowna obciążająca Wykonawcę w związku z opóźnieniem w realizacji częściowego zamówienia okaże się niewspółmiernie wysoka w stosunku do potencjalnej szkody. Ponadto, jak wskazuje doktryna, uprawnienie zamawiającego do wprowadzania postanowień w umowie o karach umownych nie może być nadużywane, a tym samym prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się tegoż poprzez ustalanie rażąco wygórowanych kar umownych. Warto także zwrócić uwagę, iż w Istotnych postanowieniach umowy stanowi się o opóźnieniu, a nie zwłoce. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu włókninowego o gramaturze 30 g/m², pakowanego w opakowanie 25 x 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry bez zmian.

Mając powyższe na uwadze, Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie

Ad.8: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9:

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Ad.9: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10:

Pakiet nr 1 poz. 1-3

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Ad.10: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11:

Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Ad.11: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejalołą, szer. 90 cm x 100 m?

Ad.12: Zamawiający wymaga gazę 17 nitkową.

Pytanie nr 13:

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Ad.13: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14:

Pakiet nr 5 poz. 5-7

Prosimy o wydzielenie poz. 5-7 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Ad.14: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15:

Pakiet nr 5 poz. 5-7

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Ad.15: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Pakiet nr 9 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Ad.16: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Pakiet nr 9 poz. 1-3

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Ad.17: Zamawiający nie wymaga, dopuszczamy taką wielkość oczek.

Pytanie nr 18:

Pakiet nr 9 poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm, j.w.

Ad.18: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19:

Pakiet nr 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 1, 2 i 3, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Ad.19: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20:

Pakiet nr 2 poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 1 i 2, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Ad.20: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21:

Pakiet nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 5 pozycji 4, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Ad.21: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22:

Pakiet nr 6 poz. 1,2,5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6:

22.1 w pozycji 1 opatrunek o wymiarach 5cm x 7cm,

22.2 w pozycji 2 opatrunek o wymiarach 8cm x 10cm,

22.3 w pozycji 5 opatrunek o wymiarach 10cm x 20cm,

Ad.22.1: Zamawiający dopuszcza.

Ad.22.2: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ taki rozmiar można zaoferować w poz. 3

Ad.22.3: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ taki rozmiar jest w poz. 6.

Pytanie nr 23:

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną tkaną wykazującą długość po relaksacji 1,2m?

Ad.23: Zgodnie z SIWZ ($\geq 1,4m$).

Pytanie nr 24:

Pakiet nr 1 poz. 4-8

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową 20 nitkową o czasie wiązania 5-6min, czas modelowania zależny od wiązania wstępnego – 5-6min, czas sztywnienia 8-10 min, opaska nawinięta na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Ad.24: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25:

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową w rozmiarze 3mx6cm?

Ad.25: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

Pakiet nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy do dwóch miejsc po przecinku.

Ad.26: Zamawiający dopuszcza, ilość do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 27:

Pakiet nr 1 poz. 10,11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'6szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie zaokrąglić do pełnych opakowań czy do dwóch miejsc po przecinku.

Ad.27: Zamawiający dopuszcza, ilość do pełnych opakowań w górę

Pytanie nr 28:

Pakiet nr 1 poz. 9-11

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Ad.28: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29:

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe 100mb z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. za 25 opakowań?

Ad.29: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Ad.30: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31:

Pakiet nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości – tj. za 400 opak?

Ad.31: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32:

Pakiet nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na watę o składzie 50% bawełny i 50% wiskozowej?

Ad.32: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33:

Pakiet nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści paski z klejem akrylowym w rozmiarze 6mm x 75mm?

Ad.33: Zamawiający dopuszcza paski z klejem akrylowym w rozmiarze 6mm x 75mm w op. x3szt.

Pytanie nr 34:

Pakiet nr 2 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Ad.34: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35:

Pakiet nr 5 poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Ad.35: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36:

Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.36: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37:

Pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.37: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38:

Pakiet nr 6 poz. 3-5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'30szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy produkt zaokrąglić do pełnych opakowań czy do dwóch miejsc po przecinku.

Ad.38: Zamawiający dopuszcza, do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 39:

Pakiet nr 6 poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Ad.39: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40:

Pakiet nr 7 poz. 1,4,5

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy produkt zaokrąglić do pełnych opakowań czy do dwóch miejsc po przecinku.

Ad.40: Zamawiający dopuszcza, do pełnych opakowań w górę.

Pytanie nr 41:

Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec chirurgiczny z włókniny poliestrowej bez perforacji?

Ad.41: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42:

Pakiet nr 7 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej o długości 9,14m, nawinięty na plastikową szpulkę?

Ad.42: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43:

Pakiet nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'6szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Prosimy o doprecyzowanie czy produkt zaokrąglić do pełnych opakowań czy do dwóch miejsc po przecinku.

Ad.43: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44:

Pakiet nr 9 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw elastyczny o składzie 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej, 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej, pozostałe parametry bez zmian?

Ad.44: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45:

Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 1-2,5cm?

Ad.45: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46:

Pakiet nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 1,5-3,5cm?

Ad.46: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47:

Pakiet nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 4,0-6,5cm?

Ad.47: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48:

Pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompres wykonany z hydrofilowej włókniny medycznej?

Ad.48: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49:

Pakiet nr 11 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Ad.49: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 50:

Pakiet nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze 5 x 7,5 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad.50: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51:

Pakiet nr 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze 10 x 10 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad.51: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52:

Pakiet nr 6 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze 10 x 10 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad.52: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53:

Pakiet nr 6 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze 10 x 15 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad.53: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 54:

Pakiet nr 6 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze 10 x 20 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad.54: Zamawiający nie dopuszcza. Plaster w rozmiarze 10 x 20 cm znajduje się w poz. 6.

Pytanie nr 55:

Pakiet nr 6 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra w rozmiarze 10 x 30 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad.55: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 56:

Pakiet nr 6 poz. 1,3,4,6,7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Ad.56: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57:

Pakiet nr 7 poz. 3,4

Czy zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej z zabezpieczającym brzegi plastikowym dyspenserem, pokryty klejem akrylowym o długości 5 m i szerokości jak w opisie dla pozycji 3 i 3 w pakiecie 7 ?

Ad.57: Zamawiający dopuszcza plaster o długości 5 m i oczekuje w poz 3 1820 szt. a w poz. 4 3640 szt.

Pytanie nr 58:

Pakiet nr 1 poz. 4-8

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namaganie opasek – materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Ad.58: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 59:

Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści tampony z gazy 17 N o wymiarach 20 x 20 cm lub 30 x 30 cm , niejałowe?

Ad.59: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60:

Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli powyższą pozycję do innego pakietu?

Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Ad.60: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 61:

Pakiet nr 14 poz. 12,15

Czy Zamawiający dopuści tupfer jałowy zapakowany w opakowanie typu blister, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Ad.61: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 – dotyczy projektu umowy:

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Ad.62: Jeżeli w umowie sprecyzowano termin jako „dni robocze”, Zamawiający rozumie przez to dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w umowie sprecyzowano termin bez określenia „dni robocze”, Zamawiający rozumie przez to całość terminu łącznie z sobotami, niedzielami i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy, za wyjątkiem § 7 ust. 2 oraz § 9 ust. 1 pkt „b” projektu umowy w którym przez termin „dni” rozumie się „dni robocze”.

Pytanie nr 63– dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę wyżej wskazanego paragrafu i nadanie następującego brzmienia:
„Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnej partii zamówienia powołując się na nieterminową płatność za już zrealizowane dostawy – chyba, że zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 90 dni ponad termin określony w umowie” (dot. par. 4 ust. 2)?

Ad.63: Zapis ten dotyczy §5 ust. 2 (nie §4 ust.2). Zapis zaproponowany przez Wykonawcę ma taką samą treść jak zapis w umowie. Zamawiający pozostawia treść tego zapisu, jak w projekcie umowy zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 64– dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna określona w par. 8 ust.1 była naliczana od wartości towaru faktycznie niedostarczonego w terminie?

Ad.64: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w §9 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie nr 65– dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna zapisana w par.8 ust 1a) wynosiła 5% wartości faktycznie niedostarczonego towaru w terminie?

Ad.65: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w §9 ust 1a) projektu umowy.

Pytanie nr 66– dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w par. 8 pkt. 2 ppkt. A) była obniżona do 5% wartości umownej Pakietu (...)?

Ad.66: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w §9 pkt. 2 ppkt. A) projektu umowy.

Pytanie nr 67– dotyczy projektu umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Ad.67: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68– dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Ad.68: Umowa zawiera tego rodzaju zapisy (§2 ust. 5 i 6).

Pytanie nr 69– dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Ad.69: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70:

Pakiet nr 1 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1-3 i utworzenie odrębnego pakietu, np. 1A. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty większej ilości wykonawców, dzięki czemu uczyni postępowanie bardziej konkurencyjnym.

Ad.70: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 71:

Pakiet nr 1 poz. 1-11

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje w Pakiecie nr 1. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Ad.71: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72:

Pakiet nr 6 poz. 2,4,8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca pooperacyjnego włókninowego jałowego posiadającego kanciaste (zamiast zaokrąglonych) brzegi.

Ad.72: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73:

Pakiet nr 6 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca hipoalergicznego pooperacyjnego włókninowego jałowego w rozmiarze 10 cm x 20 cm.

Ad.73: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ taki rozmiar jest w poz. 6.

Pytanie nr 74:

Pakiet nr 9 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatkowego rękawa elastycznego do podtrzymywania opatrunków na ramię i nogę dziecka, w stanie nierozciągniętym szer. 2 cm, dł. po rozciągnięciu 25 m, wykonanego z białej przędzy poliamidowej podwójnie elastycznej teksturowanej i przędzy poliuretanowej o średnich oczkach.

Ad.74: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 75:

Pakiet nr 9 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatkowego rękawa elastycznego do podtrzymywania opatrunków w stanie nierozciągniętym szer. 3 cm, dł. po rozciągnięciu 25 m, wykonanego z białej przędzy poliamidowej podwójnie elastycznej teksturowanej i przędzy poliuretanowej o średnich oczkach.

Ad.75: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76:

Pakiet nr 9 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatkowego rękawa elastycznego do podtrzymywania opatrunków na tułów dziecka, głowę, udo, pachę w stanie nierozciągniętym szer. 5 cm, dł. po rozciągnięciu 25 m, wykonanego z białej przędzy poliamidowej podwójnie elastycznej teksturowanej i przędzy poliuretanowej o średnich oczkach.

Ad.76: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach
.....
(podpis osoby upoważnionej)

Sprawę prowadzi:

Marcin Ceglarski

tel. 412739964

adres email: m.ceglarski@szpital.starachowice.pl

