



Numer sprawy P/27/05/2019/LAB

Starachowice dn. 27.05.2019 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” /ogłoszenie w BZP nr 548609-N-2019 z dnia 16.05.2019 r./ na dostawę odczynników do automatycznej analizy właściwości fizykochemicznych moczu oraz dostawę testów immunologicznych wraz z dzierżawami analizatorów dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanym a przedstawionym poniżej pytaniem dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53):

Pytanie nr 1:

„Dotyczy: projekt umowy

(§ 10 ust. 1 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.”

Ad 1: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie nr 2:

„(§ 10 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?”

Ad 2: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie nr 3:

„Rozdział IX SIWZ, pkt. 1 ppkt. 1.7 oraz 1.9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz materiałów informacyjnych oferowanych produktów w wersji elektronicznej na płycie CD ze względu na obszerność dokumentacji?”

Ad 3: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz materiałów informacyjnych oferowanych produktów w wersji elektronicznej na płycie CD.

Pytanie nr 4:

„Zadanie 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z minimalnym terminem ważności min. 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy o zmianę kryterium oceny ofert z: Termin ważności odczynników (od 6 do 24 m-cy) na: Termin ważności odczynników (od 4 do 24 m-cy). Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta”.

Ad 4: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Pakiecie nr 2 minimalnego terminu ważności odczynników (od 4 do 24 m-cy).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70. Szczegóły obowiązkowego informacyjnego są dostępne na stronie www.szpital.starachowice.pl.

Pytanie nr 5:

„Pytania do umowy – załącznik nr 2 do SIWZ

§ 3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się, w okresie trwania niniejszej umowy, dostarczać wymieniony w § 2 przedmiot umowy, w ilościach wynikających z zamówień składanych, przez pracownika Zamawiającego, e-mailem na adres:

....., zwanych w dalszej części umowy Zamówieniami.”?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji.

W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.”

Ad 5: Wyrażamy zgodę. Wykonawcy, którzy w trakcie realizacji umowy zgłoszą konieczność otrzymywania zamówień w formie e-mailowej nie będą otrzymywać zamówień za pomocą faksu.

Pytanie nr 6:

„§ 3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamówiony przedmiot umowy wraz z fakturą do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego na własny koszt i ryzyko w terminie max do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, w godzinach 8.00-14.00 (dotyczy także spedytatorów realizujących dostawę na zlecenie Wykonawcy)?”

W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem emaila na adres:, na co Zamawiający wyraża zgodę?

Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzne zmiany procedur korporacyjnych oraz przeniesienie magazynu Wykonawca nie ma dłuższej możliwości dołączania faktur do paczki z realizowanym zamówieniem. Wykonawca każdorazowo dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w sposób szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego towaru, cenę, numer katalogowy/ serię i datę ważności. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego wystawienia faktur w dniu wysyłki towaru do Zamawiającego oraz do jej niezwłocznego dostarczenia (wedle wyboru Zamawiającego) za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego lub w formacie PDF za pośrednictwem drogi elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres email. Mając powyższe na uwadze zwracamy o przychylne rozpatrzenie pytania.”

Ad 6: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

„§ 4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się stosownie oznakować przedmiot umowy oraz wystawiać wszystkie dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy (w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania, faktura) w języku polskim. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów Wykonawcy, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem:?”

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie od wymogu oznaczania dokumentów, o których mowa powyżej numerami umowy. Asortyment jest pakowany i wysyłany z zagranicy z magazynu Wykonawcy. Centralny magazyn nie ma możliwości do oznaczania dokumentów numerami umów.”

Ad 7: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany w § 4 ust.1 projektu umowy.

Pytanie nr 8:

„§ 4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy dokumenty w języku innym niż polski bez załączonego tłumaczenia, z zastrzeżeniem ust. 1. O zwrocie dokumentów Zamawiający powiadomi Wykonawcę emailem?”

Ad 8: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany w § 4 ust. 2 projektu umowy. Wykonawcy, którzy w trakcie realizacji umowy zgłoszą konieczność otrzymywania powiadomień o zwrocie dokumentów w języku innym niż polski bez załączonego tłumaczenia będą informowani drogą e-mailową.

W związku z powyższym § 4 ust. 2 otrzyma brzmienie:

„Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy dokumenty w języku innym niż polski bez załączonego tłumaczenia. O zwrocie dokumentów Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (faksem lub e-mailem)”.

Pytanie nr 9:

„§ 9 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zgłoszenia z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie dokonywał emailem na adres:?”

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawienie i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia”.

Ad 9: Wyrażamy zgodę. Wykonawcy, którzy w trakcie realizacji umowy poinformują o konieczności dokonywania przez Zamawiającego zgłoszeń z tytułu gwarancji i rękojmi w formie e-mailowej będą informowani tą drogą.

Pytanie nr 10:

„§ 10 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„0,05% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy?”

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kary umownej. W ocenie Zamawiającego kara umowna za jednorazowe uchybienie liczona od wartości dwuletniego kontraktu jest karą rażąco wygórowaną. Przy założeniu, że wartość umowy wyniesie 300 tys. zł kara za jednorazowe uchybienie wyniosłaby 300 zł.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.

Ad 10: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w projekcie umowy.

Pytanie nr 11:

„§ 10 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Ad 11: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie nr 12:

„§ 10 ust. 1 pkt 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury w terminie do 3 dni roboczych od daty dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub faksu w w/w terminie a następnie przesłaniu faktury Poczta Polska lub inną firmą kurierską?”

Ad 12: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie nr 13:

„Pytania do Umowy Dzierżawy:

§ 4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 150 zł brutto?”

Ad 13: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 4 ust. 2 projektu umowy dzierżawy.

Pytanie nr 14:

„§ 6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wydzierżawiający zapewni telefoniczny dostęp do SERWISU analizatora w godz. 8:00 – 15:00. W przypadku awarii aparatu - przyjazd w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin (2 dni robocze) Wydierżawiający zapewni aparat zastępczy?”

Ad 14: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę § 6 ust. 1 projektu umowy dzierżawy. W związku z powyższym § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wydierżawiający zapewni telefoniczny dostęp do SERWISU analizatora w godz. 8:00 – 15:00. W przypadku awarii aparatu - przyjazd w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin (2 dni robocze) Wydierżawiający zapewni aparat zastępczy.

Serwis gwarancyjny wykonuje

Faxem na nr:.....

Telefon.....”

Pytanie nr 15:

„Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (pkt 3.2 SIWZ) dla pakietu 2, w przypadku gdy wykonawca wykaże się należytem wykonaniem co najmniej 3 dostaw analizatorów do diagnostyki laboratoryjnej o wartości co najmniej 65000 zł każda?”

Ad 15: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16a:

„Pakiet 2 – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych:

a) Czy w pkt. 9 Zamawiający dopuści jednokierunkową transmisję danych pomiędzy analizatorem a LSI?”

Ad 16a: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16b:

„Pakiet 2 – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych:

- b) Czy w pkt. 11 Zamawiający dopuści paski oznaczające: krew, bilirubina, urobilinogen, ciała ketonowe, białko, azotyny, glukoza, pH, leukocyty, kwas askorbinowy, bez ciężaru właściwego, który zgodnie z wymogiem pkt 6 wyznaczany będzie metodą refraktometryczną?”

Ad 16b: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16c:

„Pakiet 2 – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych:

- c) Według jakiego schematu będzie Zamawiający wykonywał kontrole wewnątrzlaboratoryjną?”

Ad 16c: Zamawiający będzie wykonywał kontrolę wewnątrzlaboratoryjną codziennie na 2 poziomach.

Pytanie nr 16d:

„Pakiet 2 – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych:

- d) Czy Zamawiający wymaga kalibracji analizatora za pomocą rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu pacjentów?”

Ad 16d: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 16e:

„Pakiet 2 – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych:

- e) Czy Zamawiający wymaga, aby paski były stabilne na pokładzie analizatora minimum dwa tygodnie?”

Ad 16e: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 16f:

„Pakiet 2 – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych:

- f) Czy Zamawiający wymaga możliwości zaznaczenia przez użytkownika dowolnych progów testów, które będą flagowane jako patologiczne?”

Ad 16f: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 17:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu na który składana jest oferta?”

Ad 17: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18:

„SIWZ IX. 1.9 – czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie materiałów firmowych, ulotek odczynników oraz materiałów kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych na CD – lub osobno zbindowanych – podpisanych tylko na pierwszej stronie?”

Ad 18: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19:

„SIWZ IX. 3.3.2 – czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie referencji na dostawę odczynników laboratoryjny wraz z dzierżawą analizatorów o wartości wskazanej przez Zamawiającego w SIWZ?”

Ad 19: Zgodnie z zapisami punktu 3.2 i 3a rozdziału „IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA” SIWZ.

Pytanie nr 20:

„Pytania do umowy - odczynnikowej:

§ 10 ust. 1 1) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

- a. 1% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,
- b. 1% wartości zafakturowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia kopii faktury do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub faksu w w/w terminie a następnie przesłaniu jej oryginału Poczta Polska lub inną firmą kurierską.

- c. 1% wartości niezrealizowanej części dostawy w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,
- d. 1% wartości niezrealizowanej części dostawy za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów?"

Ad 20: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy.

Pytanie nr 21:

„§ 10 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający uzna za należyte wykonanie umowy możliwość incydentalnego podzielenia dostawy?

Uzasadnienie: Z uwagi na to że oferowane produkty sprowadzane są bezpośrednio od producenta Wykonawca mając na uwadze interes Zamawiającego realizuje wszystkie zamówienia niezwłocznie. W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na szereg produktów wewnątrz procedura przewiduje natychmiastową wysyłkę wszystkich dostępnych na dzień złożenia zamówienia produktów. Realizacja zamówień częściowych jest sytuacją incydentalną jednak Wykonawca mając na uwadze dobro pacjentów oraz szybkość działania Zamawiającego w zaistniałej sytuacji nie chce wstrzymywać dostawy do czasu uzupełnienia całościowego zamówienia. Mając powyższe na uwadze prosimy o modyfikację.”

Ad 21: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy.

Pytanie nr 22:

„§ 10 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby kara umowna była liczona od niezrealizowanej wartości umowy?

Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.”

Ad 22: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy.

Pytanie nr 23:

„§ 16 ust.1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie pkt. f „Zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie?”

Ad 23: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy.

Pytanie nr 24:

„Pytania do umowy - dzierżawa:

§ 4 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 100 zł?”

Ad 24: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy dzierżawy.

Pytanie nr 25:

„§4 ust. 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 150 zł?”

Ad 25: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w projekcie umowy dzierżawy.

Pytanie nr 26:

„§ 6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Wydzierżawiający zapewni telefoniczny dostęp do SERWISU analizatora w godz. 8:00 – 15:00. W przypadku awarii aparatu - przyjazd w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin (2 dni robocze) Wydzierżawiający zapewni aparat zastępczy.” I odpowiednią modyfikację w zał. 6 do SIWZ?”

Ad 26: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę § 6 ust. 1 projektu umowy dzierżawy. W związku z powyższym § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wydzierżawiający zapewni telefoniczny dostęp do SERWISU analizatora w godz. 8:00 – 15:00. W przypadku awarii aparatu - przyjazd w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze. W przypadku awarii trwającej dłużej niż 48 godzin (2 dni robocze) Wydzierżawiający zapewni aparat zastępczy.

Serwis gwarancyjny wykonuje

Faxem na nr:.....

Telefon.....”

Pytanie nr 27:

„W związku z zapisem w pkt. 6 tabeli wymaganych parametrów techniczno-użytkowych, że pomiar ciężaru właściwego moczu ma być wykonywany metodą refraktometryczną, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pasków testowych oznaczających następujące 10 parametrów fizykochemicznych: bilirubina, urobilinogen, ketony, glukoza, białko, krew, leukocyty, pH, azotyny, kwas askorbinowy?”

Ad 27: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28:

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie harmonogramu kontroli, która będzie wykonywana na analizatorze wieloparametrowym do analizy właściwości fizykochemicznych moczu?”

Ad 28: Zamawiający będzie wykonywał kontrole codziennie na 2 poziomach.

Pytanie nr 29:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów kontrolnych do monitorowania analitów moczowych przeznaczonych do stosowania z oferowanym analizatorem, gdzie ze względu na bezpieczeństwo materiały biologiczne stosowane w zestawie kontroli nie są pochodzenia ludzkiego?”

Ad 29: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30:

„Czy Zamawiający dopuści analizator bez automatycznej korekcji wpływu zmiany temperatury otoczenia na wyniki pomiarów? W oferowanym analizatorze zastosowano ogrzewanie modułu czytnika pasków. Rozwiązanie to standardyzuje temperaturę inkubacji i odczytów zmiany barw w odpowiednim czasie, dzięki czemu pomiary są dokonywane w stałych warunkach. Wahań parametrów światła odbitego są dodatkowo korygowane dzięki wewnętrznemu wzorcowi współczynnika odbicia, który jest obrazowany razem z polami testowymi na paskach. Wewnętrzne wzorce współczynnika odbicia są układane między paskami do testów chemicznych oraz równolegle do pasków.”

Ad 30: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 31:

„Czy zamawiający dopuści aparat w którym paski i kontrole nie pochodzą od tego samego producenta. Producent pasków podaje listę rekomendowanych, zalecanych kontroli. W związku z powyższym czy zamawiający dopuści kontrole rekomendowane przez producenta testów paskowych, kontrole ciekłe stabilność fiolki po otwarciu 30 dni.”

Ad 31: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” - (Dz.U. z 2018 r. poz. 1896 ze zm.) Zamawiający dokonał poniższych zmian w SIWZ:

a) w rozdziale „VIII Kryteria oceny ofert” dla Pakietu nr 2 punkt 2 otrzymuje poniższe brzmienie:

LP	Nazwa kryterium	Waga
1	Cena brutto	60%
2	Jakość (parametry techniczne analizatora)	25%
3	Termin ważności odczynników (od 4 do 24 m-cy)	10%
4	Termin dostawy (min. 2 max. 5 dni)	5%
	Razem:	100%

b) w rozdziale „VIII Kryteria oceny ofert” dla Pakietu nr 2 punkt 2.3 otrzymuje poniższe brzmienie”

„2.3 Nazwa kryterium: Termin ważności odczynników

Wzór: $T_b / T_m \times 10\% \times 100 = WP2$

Sposób oceny: oferta z najdłuższym terminem ważności odczynników otrzyma 10,00 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej wg przedstawionego powyżej wzoru

T_b - termin ważności odczynników oferty badanej

T_m – max termin ważności odczynników w złożonych i ważnych ofertach

Minimalny termin ważności odczynników wynosi: 4 m-ce.

10% - znaczenie kryterium, 100 – stały wskaźnik,

WP3 – liczba otrzymanych punktów w kryterium terminu ważności odczynników.

- c) w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ § 2 ust. 3 otrzymuje poniższe brzmienie:
„Terminy ważności, przydatności przedmiotu zamówienia do użytku nie mogą być krótsze niż: **6 miesięcy dla pakietu nr 1 oraz 4 miesiące dla pakietu nr 2.**”

W związku z powyższymi zapisami zmianie uległ również formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

- d) w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ § 4 ust. 1 i 2 otrzymują poniższe brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się stosownie oznakować przedmiot umowy oraz wystawiać wszystkie dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy (w tym zasady użytkowania, sposób przechowywania, faktura) w języku polskim. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów Wykonawcy, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem.....
2. Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy dokumenty w języku innym niż polski bez załączonego tłumaczenia. O zwrocie dokumentów Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (faksem lub e-mailem).”

- e) w rozdziale „XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” punkt 1 i 2 otrzymuje poniższe brzmienie:

„XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


1. Ofertę należy złożyć do dnia 30.05.2019 r. do godz. 11:00 w Sekretariacie pok. 222 PZOZ w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 30.05.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 202”.

Zamawiający informuje, iż w związku z modyfikacją SIWZ, ulega również sprostowaniu treść „ogłoszenia o zamówieniu”, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych.

DYREKTOR
Dyrektor PZOZ w Starachowicach

.....
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:
Sylwia Staszewska
tel. 41273 93 64
adres email: s.staszewska@szpital.starachowice.pl

