



Uczestnicy postępowania

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”
ogłoszenie w BZP nr 623577-N-2019 z dnia 18.11.2019 r./
na dostawę aparatu ultrasonograficznego do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach**

Działając w imieniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z otrzymanym a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” – (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53):

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 Ustawy PZP, uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w podanym poniżej zakresie:

Pytanie 1 Parametry Techniczne dot. Punktu 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf posiadający monitor IPS LED o wielkości 21,5” i rozdzielczości 1920-1080? Aparat posiada opcję Full Screen, która umożliwia powiększenie okna diagnostycznego na cały ekran bez utraty jakości obrazu?

Ad 1: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 Parametry Techniczne dot. Punktu 4 i 36

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr, jeśli dostarczony ultrasonograf będzie posiadał możliwość podglądu wyników badań biometrii oraz dopplerowskich na ekranie monitora, podgląd grafów będzie możliwy z poziomu funkcji dostępnej na panelu dotykowym (1 kliknięcie)?

Ad 2: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 Parametry Techniczne dot. Punktu 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny ultrasonograf posiadający możliwość regulacji pulpitu na wysokość w zakresie 12cm oraz regulację obrotu +/- 25 stopni?

Ad 3: Prosimy o złożenie oferty zgodnej z zapisami SIWZ.

Pytanie 4 Parametry Techniczne dot. Punktu 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf o wadze 94kg? Waga aparatu uzasadniona jest zastosowaniem specjalnych płyt izolujących elektronikę od zakłóceń zewnętrznych?

Ad 4: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 Parametry Techniczne dot. Punktu 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf wyposażony w 192 elementową głowicę Conveks wykonaną w technologii Single Crystal o zakresie częstotliwości 1-6MHz i kącie skanowania wynoszącym 60 stopni?

Ad 5: Zamawiający nie dopuszcza. Kąt obrazowania głowicy ultrasonograficznej ma istotny wpływ na element diagnostyczny przeprowadzanych badań. Im większy kąt obrazowania głowicy, tym większa możliwość penetracji badanego narządu.

Pytanie 6 Parametry Techniczne dot. Punktu 27

Wnioskujemy o zmianę wymogu dla parametru opisanego w punkcie 27 podp. 1-3 z „Częstotliwość pracy głowicy 4-12MHz, pole widzenia max 40mm, ilość elementów min 192” na:

„Częstotliwość pracy głowicy 3-12MHz, pole widzenia min 58 mm, ilość elementów min 256”.

Dzięki temu będziemy mogli zaproponować Państwu głowicę liniową o większym zakresie częstotliwości, większej ilości elementów ale również szersze pole widzenia głowicy co wg opinii jest bardzo przydatne podczas diagnostyki piersi i tarczycy.

Ad 6: Zamawiający nie dopuszcza. Pole widzenia głowicy wiąże się z jej rozmiarem, który rośnie wraz z poszerzeniem pola widzenia. To z kolei ogranicza angulację i wykonywanie konkretnych badań.

Pytanie 7 Parametry Techniczne dot. Punktu 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf nie posiadający automatycznych pomiarów biometrii, aparat posiada bardzo prostą procedurę wykonania pomiaru oraz jego edycji przy użyciu 2 klawiszy zlokalizowanych obok siebie. Dostarczone urządzenie będzie posiadało automatyczny pomiar NT.

Ad 7: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 Parametry Techniczne dot. Punktu 33

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf, bez wbudowanego algorytmu ułatwiającego ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych w jajniku u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA? W zamian dostarczony ultrasonograf wyposażony będzie w tablet umożliwiający ocenę ryzyka według IOTA.

Ad 8: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 Parametry Techniczne dot. Punktu 27

Czy zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf wyposażony w głowicę liniową o polu widzenia szerszym niż wymagane 40mm?

Ad 9: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 Parametry Techniczne dot. Punktu 34

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf bez pomiarów Z-Core?

Ad 10: Zamawiający nie dopuszcza. Brak możliwości wykonywania pomiarów Z-core w bardzo znaczący sposób ogranicza wykonywanie badań prenatalnych.

Pytanie 11 Parametry Techniczne dot. Punktu 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, który może zostać wyposażony w zewnętrzny UPS umożliwiający pracę aparatu bez dostępu zasilania, wykonywania badań oraz transportu? Zasilacz zamocowany będzie w specjalnym koszyku, przymocowanym do body aparatu.

Ad 11: Zamawiający nie dopuszcza. Ultrasonograf z wewnętrznym systemem podtrzymywania napięcia minimalizuje ryzyko uszkodzenia modułu podtrzymywania napięcia w przypadku, gdy ten jest umiejscowiony na zewnątrz aparatu.

Pytanie 12 Pozostałe dot. Punktu 2 i 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, który nie posiada opcji rozbudowy o zewnętrzne oprogramowanie do obróbki projekcji 3D oraz opcji automatycznej detekcji pęcherzyków w jajniku oraz wad chromosomowych?

Ad 12: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13 Pozostałe dot. Punktu 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, posiadający możliwość rozbudowy o 192 elementową głowicę objętościową endowaginalną o zakresie częstotliwości 3-10MHz i kącie skanowania 160 stopni?

Ad 13: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14 Pozostałe dot. Punktu 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, posiadający możliwość rozbudowy o 192 elementową głowicę objętościową Convex wykonaną w technologii Single Crystal o zakresie częstotliwości 1-6MHz i kącie skanowania 79 stopni?

Ad 14: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15 Pozostałe dot. Punktu 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, posiadający możliwość rozbudowy o 256 elementową głowicę liniową o zakresie częstotliwości 3-12MHz?

Ad 15: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16 Pozostałe dot. Punktu 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, posiadający możliwość rozbudowy o 64 elementową głowicę sektorową pediatryczną wykonaną w technologii Single Crystal o zakresie częstotliwości 3-8MHz i kącie skanowania wynoszącym 90 stopni?

Ad 16: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 Pozostałe dot. Punktu 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, posiadający możliwość rozbudowy o 128 elementową głowicę Microconvex o zakresie częstotliwości 5-8MHz i kącie skanowania wynoszącym 93,6 stopnia?

Ad 17: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 Pozostałe dot. Punktu 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, nieposiadający możliwości rozbudowy o funkcję obrazowania przepływu bez funkcji dopplerowskiej?

Ad 18: Zamawiający nie dopuszcza. Dopuszczenie braku tego parametru spowoduje ograniczenie wykorzystania ultrasonografu w diagnostyce naczyniowej.

Pytanie 19 Pozostałe dot. Punktu 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, nieposiadający możliwości rozbudowy o funkcję obrazowania przy użyciu środka kontrastującego?

Ad 19: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20 Pozostałe dot. Punktu 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, nieposiadający możliwości rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru IT?

Ad 20: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21 Pozostałe dot. Punktu 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, nieposiadający możliwości rozbudowy o obrazowanie procedury biopsyjnej do prowadzenia igły w obrazowaniu 4D?

Ad 21: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22 Pozostałe dot. Punktu 19

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr, jeżeli zaproponowany aparat będzie wyposażony w wbudowaną nagrywarkę DVD oraz opcję zapisu i eksportu danych na żywo w tle badania?

Ad 22: Zamawiający uzna parametr za spełniony.

Pytanie 23 Pozostałe dot. Punktu 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf, wyposażony w wyjście obrazu w standardzie DVI oraz VGA?

Ad 23: Zamawiający nie dopuszcza.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

.....
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona
Grzegorz Kaleta

Sprawę prowadzi:
Sylwia Staszewska
tel. 412739364
adres email: s.staszewska@szpital.starachowice.pl

